

Uchwała nr 46A/II/07
Rady Gminy w Poczesnej
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie: harmonogramu programu prac dostosowawczych w Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 53 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213, poz. 1568) Rada Gminy w Poczesnej

uchwała, co następuje:

§ 1

Zaakceptować program dostosowania Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej oraz pomieszczeń wynajmowanych na cele ochrony zdrowia do wymagań określonych w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia zgodnie z załącznikami nr 1 - 4 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 203/XXXI/05 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie harmonogramu programu prac dostosowawczych w Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorowi GZOZ w Poczesnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgt inż. Lidia Kazmierczak

PROGRAM DOSTOSOWAWCZY
Ośrodek Zdrowia w Poczesnej, ul Szkolna 3

I.p.	Pozycja (numer odstępstwa) w postanowieniu PPIS	Nazwa placówki (części placówki w której odstępstwo występuje)	Pozycja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005.	Treść odstępstwa	Sposób likwidacji odstępstwa zał.nr...	Koszt realizacji [zł]	Termin realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1-1	Główny hol wejściowy	odstępstwo od od § 17.ust.1 pkt2.	brak punktu rejestracyjno-informacyjnego	wykonanie punktu informacyjnego lub pozyskanie dodatkowej powierzchni	300 000,00	IV kw. 2008	
2.	1-2	Główny hol wejściowy	odstępstwo od §17.ust.1 pkt3.	brak wydzielonego miejsca na wózki	wykonanie wygradzenia części poczekalni przed gabinetem poradni POZ dla dzieci lub rpozyskanie dodatkowej powierzchni	2 200,00	IV kw. 2008	
3.	1-3	WC na pierwszym piętrze	odstpstwo od §32	brak prawidłowo wyposażonego WC dla personelu	Przebudowa WC z wykonaniem przedsionka	2 500,00	IV kw. 2008	
4.	1-4	.-punkt szczepień - gabinet zabiegowy -poradnia ginekologiczna - laboratorium analityczne korytarze	odstępstwo od § 37 ust. 1.i ust.3.	brak wykonania bezszelinowego połączenia ścian z podłogą, brak materiału na podłogach umożliwiającego dezynfekcje.	uszczelnienie styku posadzki	1 500,00	IV kw. 2008	
5.	1 -6	.-punkt szczepień - gabinet zabiegowy -poradnia ginekologiczna - laboratorium analityczne	odstępstwo od §38	brak materiałów umożliwiających dezynfekcję na całej wysokości ścian	wykonanie prawidłowych powłok	9 500,00	IV kw. 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	I-8	cały obiekt	odstępstwo od § 11 pkt 15	brak węzła komunikacji pionowej	wykonanie węzła komunikacji pionowej	250 000	IV kw. 2008	
7.	I-9	- punkt szczepień - gabinet zabiegowy - poradnia ginekologiczna - laboratorium analityczne	odstępstwo od § 45 ust.2.	brak baterii ciepłej i zimnej wody uruchamianej bez kontaktu z dłonią	wymiana baterii umywalkowych na prawidłowe	1 650,00	IV kw. 2008	
8.	1-11	-punkt szczepień - gabinet zabiegowy -poradnia ginekologiczna - laboratorium analityczne -poradnia dla dzieci POZ - Poradnia ogólna POZ	odstępstwo od §47	nieprawidłową montaż grzejnika	wykonanie przeróbek instalacji c.o.	5 400,00	IV kw. 2008	
9.	1-14	Poradnia ginekoiojiczo - położnicza	odstępstwo od punktu 7. załącznik 2.	brak bezpośredniego połączenia z kabiną higieny osobistej	Wydzielenie kabiny higieniczno - sanitarnej z powierzchni gabinetu przylegającego	145 000,00	IV kw 2008	

strona 2/4

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż.  Lidia Kazmierczak

PROGRAM DOSTOSOWAWCZY
Ośrodek Zdrowia we Wrzosowej, ul. Strażacka 27

	Pozycja (numer odstępstwa) w postanowieniu PPIS	Nazwa placówki (części placówki w której odstępstwo występuje)	Pozycja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005.	Treść odstępstwa	Sposób likwidacji odstępstwa zał.nr	Koszt realizacji [zł]	Termin realizacji	Uwagi
l.p.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	II - 2	- Punkt szczepień - Poradnia - ginekologiczno - położnicza - Gabinet zabiegowy	odstępstwo od § 37 ust.3.	brak szczelnego połączenia listwy przypodłogowej z podłogą	uzupełnienie listew przypodłogowych zgodnymi z wymogami rozporządzenia	24 000,00	IV kw 2008	
2.	II - 4	- Punkt szczepień - Poradnia - ginekologiczno - położnicza - Gabinet zabiegowy	odstępstwo od § 38	brak materiałów umożliwiających dezynfekcję	wykonanie prawidłowych powłok nienasiąkliwych	39 500,00	IV kw 2008	
3.	II - 7	- Punkt szczepień - Poradnia - ginekologiczno - położnicza - Gabinet zabiegowy	odstępstwo od § 45 ust. 2.	brak baterii ciepłej i zimnej wody uruchamianej bez kontaktu z dłonią	wymiana baterii umywalkowych na prawidłowe	3 750,00	IV kw 2008	
4.	II - 9	- Poradnia ogólna POZ - Poradnia dla dzieci POZ - Gabinet zabiegowy - Punkt szczepień	odstępstwo od § 47	nieprawidłową dostępność grzejnika	wykonanie przeróbek instalacji c.o.	15 400,00	IV kw 2008	
5.	II - 11	- Gabinet zabiegowy	odstępstwo od Załącznika nr 2 ust. 5 pkt 2.	zbyt mała powierzchnia pokoju zabiegowego	Przebudowanie ścianek działowych w celu powiększenia pokoju zabiegowego lub przeniesienie do innego obiektu	41 000,00	IV kw 2008	
6.	II - 12	- Poradnia ginekologiczno - położnicza	odstępstwo od Załącznika nr 2 ust. 7.	brak bezpośredniego połączenia z kabiną higieny osobistej	wykonanie remontu generalnego z podnoszeniem stropów i wydzieleniem kabiny higieny osobistej lub przeniesienie gabinetu do innego obiektu	wg pkt 3	IV kw 2008	

PROGRAM DOSTOSOWAWCZY
Ośrodek Zdrowia w Nieradzie, ul. Targowa 160

I.p.	Pozycja (numer odstępstwa) w postanowieniu PPIS	Nazwa placówki (części placówki w której odstępstwo występuje)	Pozycja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005.	Treść odstępstwa	Sposób likwidacji odstępstwa zał.nr...	Koszt realizacji zU	Termin realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	III-2	-punkt szczepień - gabinet zabiegowy	odstępstwo od § 37 ust.1 i 3.	brak odpowiednich materiałów, brak bezszczerelinowego styku listwy przypodłogowej z podłogą	Budowa nowego obiektu przychodni	2 600 000,00	IV kw 2008	
2.	III-4	-punkt szczepień - gabinet zabiegowy	odstępstwo od §38	brak materiałów umożliwiających dezynfekcję na całej wysokości ścian	Budowa nowego obiektu przychodni	j.w.	IV kw 2008	
3.	III-6	cały obiekt	odstępstwo od § 11 pkt 5	brak węzła komunikacji pionowej	Budowa nowego obiektu przychodni	j.w.	IV kw. 2008	
4.	III-3	-punkt szczepień - gabinet zabiegowy	odstępstwo od § 45 ust.2.	brak baterii ciepłej i zimnej wody uruchamianej bez kontaktu z dłonią	Budowa nowego obiektu przychodni	j.w.	IV kw 2008	
5.	III-10	-punkt szczepień - gabinet zabiegowy - Poradnia ogólna POZ -Poradnia dla dzieci POZ	odstępstwo od §47	nieprawidłowa dostępność grzejnika	Budowa nowego obiektu przychodni	j.w.	IV kw 2008	
6.	111-12	Gabinet zabiegowy	odstępstwo od Załącznika nr 2. ust. 2.	zbyt mała powierzchnia pokoju zabiegowego	Budowa nowego obiektu przychodni	j.w.	IV kw 2008	

strona 4/4

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kazmierczak

I.p.	Pozycja (numer odstępstwa) w postanowieniu PPIS	Nazwa placówki (części placówki w której odstępstwo występuje)	Pozycja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005.	Treść odstępstwa	Sposób likwidacji odstępstwa	Koszt realizacji [zł]	Termin realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1	cały obiekt	odstępstwo od § 11 pkt 15	brak węzła komunikacji pionowej	wykonanie węzła komunikacji pionowej	250 000	IV kw. 2008	
2.	2	poradnia chirurgiczna	odstępstwo od punktu 6. Załącznik nr 2.	brak osobnego gabinetu diagnostyczno-zabiegowego	Pozyskanie dodatkowych powierzchni poprzez dobudowanie segmentu od strony północnej	650 000,00	IV kw 2008	

*Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Blamed sp.z o.o.,
placówka w Poczesnej, ul. Szkolna 3*

3	3	poradnia dermatologiczna	odstępstwo od § 48 ust.3.	brak dostępności kondygnacji pierwszego piętra dla osób niepełnosprawnych	Pozyskanie dodatkowych powierzchni poprzez dobudowanie segmentu od strony północnej	j.w.	IV kw 2008	
---	---	--------------------------	---------------------------	---	---	------	------------	--

*Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna Optimax,
Częstochowa ul. Wolności 37, placówka we Wrzosowej ul. Strażacka 27*

2	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4	- Gabinet laryngologiczny - poradnia okulistyczna - poradnia dermatologiczna	odstępstwo od § 11 pkt 15	brak węzła komunikacji pionowej	wykonanie węzła komunikacji pionowej	250 000	IV kw. 2008	

*Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna
placówka we Wrzosowej ul. Strażacka 27*

5	5	gabinet stomatologiczny		bez uwag				
---	---	-------------------------	--	----------	--	--	--	--

*Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna "WOLSKI"
Częstochowa ul. Bielska 59b/79, placówka w Nieradzie, ul. Targowa 160*

6	6	gabinet stomatologiczny	odstępstwo od § 11 pkt 15	brak węzła komunikacji pionowej	Budowa nowego obiektu przychodni	250 000	IV kw. 2008	
---	---	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------	-------------	--

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak