



## Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: [wojt@poczesna.com.pl](mailto:wojt@poczesna.com.pl)

Poczesna, 29.12.2009 r.

Nr 3410/13/09

### WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego” złożono zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt.1 Czy Zamawiający wyłączy Analizator biochemiczny z zadania nr 2 i utworzy oddzielany pakiet ?

Odp.1 Zamawiający nie utworzy oddzielnego pakietu.

Pyt.2 Czy Zamawiający z zadaniu nr 2 Analizator biochemiczny dopuści dodatkowy aparat do jonów jak w załączonej specyfikacji ?

Odp.2 Zamawiający dopuści dodatkowy aparat do jonów.

Pyt.3 Czy Zamawiający z zadaniu nr 2 Analizator biochemiczny dopuści kuwety wielokrotnego użytku o trwałości 100 oznaczeń ?

Odp.3 Zamawiający nie dopuści kuwet wielokrotnego użytku o trwałości 100 oznaczeń.

Pyt. 4 Czy Zamawiający z zadaniu nr 2 Analizator biochemiczny dopuści objętość butelek na odczynniki :5, 20, 30, 50 ml ?

Odp.4 Zamawiający nie dopuści objętości butelek na odczynniki :5,20,30,50 ml

Pyt.5 Czy Zamawiający z zadaniu nr 2 Analizator biochemiczny dopuści zużycie wody : 1,5 l/h ?

Odp.5 Zamawiający nie dopuści zużycia wody 1,5 l/h.

Pyt.6 Czy Zamawiający wyłączy Czytnik pasków do analizy moczu z Zadania nr 4 i utworzy oddzielny pakiet ?

Odp.6 Zamawiający nie utworzy oddzielnego pakietu.

Pyt.7 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 Czytnik pasków do analizy moczu dopuści paski 10 i 11 parametrowe ?

Odp.7 Zamawiający nie dopuści paski 10 i 11 parametrowe.