

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 61992-2010 z dnia 2010-03-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poczesna

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa nowego sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Poczesnej przy ul. Szkolnej 3 . Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu , instalacji i uruchomienia sprzętu medycznego oraz przeprowadzić szkolenie...

Termin składania ofert: 2010-03-17

Numer ogłoszenia: 70520 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 61992 - 2010 data 05.03.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, woj. śląskie, tel. 033 3274070.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: kardiogram : - głowica 1,0 MHz, UDT: - regulacja głośności ręczna min 10 stopniowa i automatyczna, -zakres pomiaru tętna min 50-210 bpm, -czas pracy ciągłej 30 godzin, Aparat do elektrochirurgii : -elektroda neutralna silikonowa z kablem 5 m, -pedał 1-przyciskowy, -uchwyt elektrody 4 mm, -kulka prosta 4 mm, -częstotliwość pracy generatora 400 kHz +/- 10% , -pobór mocy nie więcej niż 200W, -aparat z trzema gniazdami, elektrokardiograf : - pamięć wewnętrzna min 300 badań, - możliwość podglądu badania z pamięci aparatu bez konieczności wydruku, -możliwość wydruku zapisu bezpośredniego na drukarce laserowej.

W ogłoszeniu powinno być: kardiogram : -głowica do 1,0 MHz, UDT: - regulacja głośności ręczna i/lub automatyczna, -zakres pomiaru tętna 50-240 bpm, -czas pracy ciągłej od 5 godzin, Aparat do elektrochirurgii : -elektroda neutralna silikonowa lub metalowa z kablem 2-5, -pedał 1 lub 2-przyciskowy, -uchwyt elektrody od 2-4 mm, -kulka prosta 3-5 mm, -częstotliwość pracy generatora do 600 kHz, -pobór mocy 200 -540 W, -aparat od 1-3 gniazd -elektrokardiograf : -pamięć wewnętrzna od 40 badań, -z możliwością lub bez możliwości badania z pamięci aparatu bez konieczności wydruku, -z możliwością lub bez możliwości badania z pamięci aparatu bez konieczności wydruku.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

W ogłoszeniu jest: wiedza i doświadczenie.

W ogłoszeniu powinno być: 1.udokumentują należyte wykonanie, w okresie 3 lat przed dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowania co najmniej jednego zamówienia obejmującego dostawę o zakresie i charakterze porównywalnym z dostawą stanowiącą przedmiot zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).

W ogłoszeniu jest: sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W ogłoszeniu powinno być: 2. posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Spełnienie warunków opisanych w części VII SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych oświadczeń oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w rozdziale IX i X SIWZ Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Kompletność oferty - oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i załączniki wymagane od Wykonawcy wymienione w SIWZ Z treści oświadczeń i załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił warunki. Niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy.